



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел:056/211-112, факс:056/211-110 е-пошта:bolnica@bolnicazvornik.com веб адреса:www.bolnicazvornik.com

Број: 1006-14/24

Датум: 31.05.2024. године

На основу члана 70. став (4) и (6) и члан. 100. став (3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 39/14), Уговорни орган, у поступку јавне набавке: Потрошног материјала за операциону салу, рјешавајући по уложеној Жалби понуђача Plus Medical д.о.о. Тузла запримљена 28.05.2024. године и на основу препоруке Комисије за набавку број: 1006-13/24 од 30.05.2024. године, директор доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се жалба понуђача Plus Medical д.о.о. Тузла и поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача број 1006-8/24 од 21.05.2024. године у дијелу који се односи на ЛОТ 9: Апликатор за копчице зелене боје и копчице (за лапароскопску хирургију) и ЛОТ 19 Полимер клипсе и апликатори.

Члан 2.

Уговор за јавну набавку се додјељује за:

ЛОТ 9: Апликатор за копчице зелене боје и копчице (за лапароскопску хирургију) понуђачу Plus Medical д.о.о. Тузла у износу од 2.900,00КМ без ПДВ-а додјељује се

ЛОТ 19: Полимер клипсе и апликатори понуђачу Plus Medical д.о.о. Тузла у износу од 4.299,00КМ без ПДВ-а.

Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб-страници ЈЗУ Болнице Зворник, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. и чланом 71. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 1006/24 од 22.04.2024. године

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке је 250.000,00КМ.

Обавјештење о набавци број: 660-1-1-135-3-71/24, објављено је на порталу јавних набавки дана 22.04.2024. године.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 1006-1/24 од 22.04.2024. године.

Дана 21.05.2024. године уговорни орган је донијео Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 1006-8/24 од 21.05.2024. године. Поменутом одлуком је као најповољнији понуђач за ЛОТ 9: Апликатор за копчице зелене боје и копчице (за лапароскопску хирургију) и за ЛОТ 19 Полимер клипсе и апликатори изабран Medical Partners д.о.о. Тузла.

На предметну одлуку, за ЛОТ 9 и за ЛОТ 19 Plus Medical д.о.о. Тузла, као другопласирани понуђач, дана 28.05.2024. године, уложио жалбу (број код Уговорног органа 1286/24) у којој побија првостепену одлуку због:

- погрешне примјене Закона о јавним набавкама БиХ,
- погрешне и непотпуне оцјене Medical Partners д.о.о. Тузла, тј. повреде одредаба поступка,
- погрешног и непотпуног утврђивања чињеничног стања, јер понуда понуђача Medical Partners д.о.о. Тузла је неправилна, тј. Уговорни орган је његове понуде за Лот 9 и Лот 19 требао одбацити као неприхватљиве.

У жалби се наводи да након извршеног увида у понуду изабраног понуђача уочено:

1. Да је уговорни орган приликом евалуације понуда за Лот 9 и Лот 19 проузроковао штету жалитељу, јер су понуде понуђача Medical Partners д.о.о. Тузла за Лот 9 и Лот 19 морале бити одбачене као неправилне и непрухватљиве обзиром да не испуњавају све захтјеване услове тражене Тендерском документацијом.

Понуђач Medical Partners д.о.о. Тузла је пропустио да на Рјешењу о упису у регистар велепрометника медицинских средстава код Агенције за лијекове и медицинска средства у БиХ означи Лот и ставку у лоту како је тражено Тендерском документацијом у оквиру тачке 5.2. Способност обављања професионалне дјелатности – члан 46. ЗЈН. Medical Partners д.о.о. Тузла није доставио понуду у складу са критеријима и условима који су утврђени у ТД.

2. Да је у достављеном каталогу произвођача Welfere Medical (страна 112 понуде) означена каталожка шифра WM-PC205EL 45, која је у каталогу дефинисана као "апликатор под углом од 45°", величине екстра велика, жуте боје, промјера 10 милиметара, дужине 33см.

У достављеној Потврда о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године понуђач Medical Partners д.о.о. Тузла означио је шифру WM-PC205EL 45, с тим да је напријед наведена шифра регистрована код Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ као ендоскопски лигациони клип апликатор, "extra large, 45cm". Из приложене Потврде се не може установити степен угла. Потврда о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године подржава само апликаторе под углом од 20° и 90°, док јасно дефинисани апликатори под углом од 45° нису предмет ове Потврде.

Према потвди Потврда о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године апликатор је регистрован дужине 45см, а не 33см како гласи на приложеном каталогу (страна 112 понуде). На официјелној страници произвођача Welfere Medical гдје се може приступити каталогу полимерних клипси и апликатора, понуђени ендоскопски апликатор каталожке шифре WM-PC205EL 45 не подржава информацију да је ријеч о

ендоскопском апликатору под углом од 45°, шта више online каталог уопште не подржава апликаторе под углом од 45°.

Увидом у online каталог може се установити да апликатор каталожке шифре WM-PC205EL 45 се односи на апликатор дужине 45cm што је усаглашено са приложеном Потврдом о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године, али не и са достављеним каталог гдје стоји 33cm.

Напријед наведене околности указују да је Medical Partners д.о.о. Тузла и у овом поступку направио каталог према властитој потреби у циљу додјеле уговора и довођења у заблуду Уговорног органа и заинтересованих понуђача, те из тог разлога уговорни орган мора бити упознат са овим дијелом и приложени каталог произвођача Welfere Medical не може цијенити вјеродостојним.

Чак и да је приложени каталог произвођача Welfere Medical "ажуриран" понуђени ендоскопски клип апликатор под углом од 45° и 33cm није регистрован код Агенције за лијекове и медицинска средства.

На крају излагања жалилац предлаже Уговорном органу да:

- поништи Одлуку о избору најповољнијег понуђача 1006-8/24 од 21.05.2024. године на дио који се односи на ЛОТ 9: Апликатор за копчице зелене боје и копчице (за лапароскопску хирургију) и за ЛОТ 19 Полимер клипсе и апликатори
- поништи спроведену е-аукцију за Лот 9 и Лот 19
- донесе нову одлуку којом ће се уговор додијелити понуђачу Plus Medical д.о.о. Тузла.

Уговорни орган је у смислу одредбе члана 100. став 1. Закона о јавним набавкама, извршио оцјену испуњености процесних претпоставки за изјављивање жалбе. У том погледу уговорни орган је сматра да је жалба жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица и лица које има активну легитимацију.

Уговорни орган је пажљиво и свеобухватно приступио разматрању и одлучивању о жалби, поновно извршио анализу понуда и утврдио сљедеће:

1. Понуђач Medical Partners д.о.о. Тузла је пропустио да на Рјешењу о упису у регистар велепрометника медицинских средстава код Агенције за лијекове и медицинска средства у БиХ означи Лот и ставку у лоту како је тражено Тендерском документацијом у оквиру тачке 5.2. Способност обављања професионалне дјелатности – члан 46. ЗЈН. Medical Partners д.о.о. Тузла није доставио понуду у складу са критеријима и условима који су утврђени у ТД.
2. Да је у достављеном каталогу, страна 112 понуде, означена каталожка шифра WM-PC205EL 45, која је у каталогу дефинисана као "апликатор под углом од 45°", величине екстра велика, жуте боје, промјера 10 милиметара, дужине 33cm. У достављеној Потврда о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године понуђач Medical Partners д.о.о. Тузла означио је шифру WM-PC205EL 45, с тим да је напријед наведена шифра регистрована код Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ као ендоскопски лигациони клип апликатор, "extra large, 45cm". Увидом у online каталог произвођача Welfere Medical може се установити да апликатор каталожке шифре WM-PC205EL 45 се односи на апликатор дужине 45cm што је усаглашено са приложеном Потврдом о упису медицинског средства у регистар Агенције за лијекове и медицинска средства

број: 06-07.4-1-10668-2/20 од 15.12.2020 године, али не и са достављеним каталог
гдје стоји 33см.

Жалба је основана у цјелости.

Чланом 68. став 1) Закона о јавним набавкама БиХ прописано је да уговорни одбацује
захтјев за учешће или понуду, ако кандидат/понуђач није доставио тражене доказе или
је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ
испуњења услова из члана од 45. до члана 51. Закона о јавним набавкама БиХ.


Имајући у виду да је понуда првопласираног понуђача неприхватљива, из наведених
разлога, уговорни орган је у складу са одредбама члана 100. став 3. Закона о јавним
набавкама БиХ, одлучио као у диспозитиву Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема ове одлуке.



Директор


Иван Поповић

Доставити:

- Pro-ten medical д.о.о. Грачаница
- Paroco-b medical equipment д.о.о. Бања Лука
- Plus Medical д.о.о. Тузла
- Medical д.о.о. Мостар
- Medical Partners д.о.о. Тузла
- Rauche medical д.о.о. Мостар
- Medicom д.о.о. Бијељина
- а/а