



## ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел:056/211-112, факс:056/211-110 е-пошта:bolnica@bolnicazvornik.com веб адреса:www.bolnicazvornik.com

Број: 1006-18/24

Датум: 04.06.2024. године

На основу члана 70. став (4) и (6) и члан. 100. став (3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 39/14), Уговорни орган, у поступку јавне набавке: Потрошног материјала за операциону салу, рјешавајући по уложеној Жалби понуђача Medicom д.о.о. Бијељина и Rauche medical д.о.о. Мостар и на основу препоруке Комисије за набавку број: 1006-16/24 од 04.06.2024. године, директор доноси:

### ОДЛУКУ

#### Члан 1.

Поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача број 1006-8/24 од 21.05.2024. године у дијелу који се односи на ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm и ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење.

#### Члан 2.

Уговор за јавну набавку се додјељује за:

- ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm понуђачу Medicom д.о.о. Бијељина у износу од 3.318,00KM без ПДВ-а.
- ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење понуђачу Medicom д.о.о. Бијељина у износу од 48.656,00KM без ПДВ-а.

#### Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб-страници ЈЗУ Болнице Зворник, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. и чланом 71. Закона о јавним набавкама.

### Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 1006/24 од 22.04.2024. године

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке је 250.000,00KM.

Обавјештење о набавци број: 660-1-1-135-3-71/24, објављено је на порталу јавних набавки дана 22.04.2024. године.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 1006-1/24 од 22.04.2024. године.

Дана 21.05.2024. године уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 1006-8/24 од 21.05.2024. године. Поменутом одлуком је као најповољнији понуђач за ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm и ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење изабран Pro-ten medical д.о.о. Грачаница.

На предметну одлуку, за ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm и ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење, Medicom д.о.о. Бијељина, као трећерангирани, дана 31.05.2024. године, уложио жалбу (број Уговорног органа 1327/24).

Такође на предметну одлуку за ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење дана 03.06.2024. године Уговорни орган је запримио жалбу (број Уговорног органа 1348/24) другорангираног понуђача Rauche medical д.о.о. Мостар.

### **А) Жалба Medicom д.о.о. Бијељина**

У жалби се наводи да је након извршеног увида у понуду понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница и Rauche medical д.о.о. Мостар уочено да су понуде понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница и Rauche medical д.о.о. Мостар требале бити одбачене као неприхватљиве јер не испуњавају формално правне/техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа прописане тендерском документацијом.

У Жалби се даље наводи за:

#### **1. ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm**

Да се у достављеном каталогу у понуди понуђача **Pro-ten medical д.о.о. Грачаница**, страна 33 понуде, налази фотографија модела стаплера који не одговара опису ни означеном каталожном броју понуђеног модела. Изабрани понуђач је понудио модел каталожног броја АКYZXA-30Н, док је на приложеном каталогу фотографија стаплера који одговара једном од модела АКYZXB. Јасна разлика између понуђеног модела и модела приказаног на приложеном каталогу лако се може уочити на званичној-веб страници произвођача, [http: www.cak-medical.com/index.php](http://www.cak-medical.com/index.php). На званичној-веб страници се јасно види да је код понуђеног модела каталожни број АКYZXA у питању бијели стаплер са краћом фиксном ручком без ручице за ослобађање. Фотографија овог модела не постоји у понуди изабраног понуђача, већ се у истој налази фотографија модела каталожног броја АКYZXB-45, црни модел са дужом фиксном ручком и са ручицом за ослобађање. На тај начин је понуђач довео Уговорни орган у заблуду, јер се не може са сигурношћу утврдити који модел стаплера понуђач заправо нуди. Из чега произилази да је Уговорни орган неправилно поступио када је понуду понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница оцјенио као прихватљиву, јер иста није у складу са одредбом 10. тачка к) тендерске документације која гласи "Понуђач је дужан да уз понуду, за ставке које нуди, достави каталог произвођача на једном од службених језика БиХ, са техничким и другима карактеристикама, из кога наручилац може да утврди да ли понуђена ставка одговара захтевима."

Да за Лот 2 понуђач **Rauche medical д.о.о. Мостар** није доказао да роба коју је понудио испуњава минималне техничке карактеристике прописане тендерском документацијом. У приложеном каталогу Rauche medical д.о.о. Мостар, за ставку број 1., сем захтјеване дужине од 30mm и висине отворене стапле од 4,8mm, није доказана ниједна друга тражена карактеристика (зелена боја пуњења, за дебље ткиво, 2 реда титанијумских степли, висина затворене степле 2.0mm, број степли11). Поред тога за ставку број 2. сем захтјеване дужине од 30mm није доказана ниједна друга тражена карактеристика (зелена боја пуњења, за дебље ткиво, 2 реда степли, висина затворене степле 2.0mm, број степли11). Из чега произилази да је Уговорни орган неправилно поступио када је понуду понуђача Rauche medical д.о.о. Мостар оцјенио као прихватљиву, јер иста није у складу са одредбом 10. тачка к) тендерске документације која гласи "Понуђач је дужан да уз понуду, за ставке које нуди, достави каталог произвођача на једном од службених језика БиХ, са техничким и другима карактеристикама, из кога наручилац може да утврди да ли понуђена ставка одговара захтевима."

Узимајући у обзир наведено да је изабрани понуђач Pro-ten medical д.о.о. Грачаница доставио понуду из које се не може са сигурношћу утврдити коју робу нуди (а поступак јавне набавке је строго формалан поступак са јасно прописаним правилима и стандардима у којем нема мјеста за нејасноће) и да другорангирани Rauche medical д.о.о. Мостар није приложио доказ да роба коју нуди испуњава минималне техничке карактеристике прописане тендерском документацијом предметне понуде треба одбацити као неприхватљиве и уговор за Лот 2. додијелити Жалиоцу као трећерангираном, који је своју понуду доставио у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и прописаном тендерском документацијом.

## **2. ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење**

Да се у достављеном каталогу у понуди понуђача **Pro-ten medical д.о.о. Грачаница** нису назначене тражене карактеристике робе те самим тим није доказано да понуђена роба посједује захтјеване техничке карактеристике. Каталог који је приложио изабрани понуђач не доказује да посједује пуњење са три реда кламфица различитих величина како је предвиђено ставком под бројем 1. у Анексу 2. Доказ за наведену карактеристику се чак не може наћи ни у каталозима произвођача понуђене робе јавно доступним на интернету.

Уговорни орган је приликом оцјене понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница морао да води рачуна о испуњавању захтјеваних техничких карактеристика, а јасно је видљиво да иста не испуњава минималне техничке карактеристике тражене тендерском документацијом. Из чега произилази да је Уговорни орган неправилно поступио када је понуду понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница оцјенио као прихватљиву, јер иста није у складу са одредбом 10. тачка к) тендерске документације која гласи "Понуђач је дужан да уз понуду, за ставке које нуди, достави каталог произвођача на једном од службених језика БиХ, са техничким и другима карактеристикама, из кога наручилац може да утврди да ли понуђена ставка одговара захтевима."

Другорангирани понуђач **Rauche medical д.о.о. Мостар**, попут изабраног понуђача, нигдје у својој понуди није доказао (назначио) да понуђена роба посједује пуњења са три реда кламфица различитих величина. Поред тога и ако је под ставком под бројем 2. у Анексу 2 захтјевано пуњење са кламфицама за стандардно ткиво, у понуди другорангираног понуђача из приложеног каталога се јасно види да нуди спајаче за

средње дебело/дебело ткиво, како је понуђач сам обиљежио, што је у супротности са траженим.

Уговорни орган је приликом оцјене понуђача Rauche medical д.о.о. Мостар морао да води рачуна о испуњавању захтјеваних техничких карактеристика, а јасно је видљиво да иста не испуњава минималне техничке карактеристике тражене тендерском документацијом. Из чега произилази да је Уговорни орган неправилно поступио када је понуду понуђача Rauche medical д.о.о. Мостар оцјенио као прихватљиву, јер иста није у складу са одредбом 10. тачка к) тендерске документације која гласи "Понуђач је дужан да уз понуду, за ставке које нуди, достави каталог произвођача на једном од службених језика БиХ, са техничким и другима карактеристикама, из кога наручилац може да утврди да ли понуђена ставка одговара захтевима."

Узимајући у обзир да ни изабрани понуђач Pro-ten medical д.о.о. Грачаница а ни другорангирани Rauche medical д.о.о. Мостар нису приложили доказ да роба коју нуде испуњава минималне техничке карактеристике прописане тендерском документацијом предметне понуде треба одбацити као неприхватљиве и уговор за Лот 15. додијелити Жалиоцу као трећерангираном, који је своју понуду доставио у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и прописаном тендерском документацијом.

## **Б) Жалба Rauche medical д.о.о. Мостар**

У жалби се наводи да је након извршеног увида у понуду понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница уочено да је понуда понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница требала бити одбачена као неправилна јер не испуњава захтјеве Уговорног органа прописане тендерском документацијом.

У Жалби се даље наводи да из каталога изабраног понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница видљиво да је понудио само три реда кламфица истих величина (3.5) што није у складу са техничком спецификацијом тендерске документације. Техничком спецификацијом је тражено три реда кламфица различите величине и то 3, 3.5 и 4mm. Жалитељ наводи да се из њиховог каталога (Rauche medical д.о.о. Мостар) види да посједују пуњење са три реда кламфица различите величине и то 3, 3.5 и 4mm.

Будући да пуњење из ставке 2 Лота 15. одабраног понуђача не одговара ономе што је Наручитељ тражио, упитно је онда одговара и ставка 1 Лота 15 ономе што је тражено, будући да она мора бити компатибилна са ставком 2 лота 15 техничке спецификације. У жалби жалитељ наводи да је Уговорни орган погрешно примјенио материјално право и омогућио одабраном понуђачу учешће у е-аукцији и ако одабрани понуђач није био квалификован понуђач са прихватљивом понудом. Даље се наводи како Уговорни орган одабрану понуду није прегледао и оцјенио у складу са условима и захтјевима из тендерске документације, јер када је прописан доказ тражених карактеристика, потребно је осигурати да све ставке буду видљиве из прописаног доказа односно техничке документације произвођача, а што одабрани понуђач није доказао у овом поступку јавне набавке.

Жалитељ поставља захтјев за надокнадом трошкова жалбеног поступка у висини накнаде за покретање жалбеног поступка у износу од 500,00КМ.

Жалитељ предлаже да Уговорни орган усвоји жалбу Жалитеља и донесе Одлуку којом се ставља изван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 1006-8/24 од 21.05.2024. године за Лот 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење у поступку јавне набавке "Потрошни материјал за операциону салу" којом је одабрана понуда понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница за лот 15, те да се донес Одлука о

избору понуде Жалитеља Rauche medical д.о.о. Мостар као најповољнијег понуђача за Лот 15.

Уговорни орган је у смислу одредбе члана 100. став 1. Закона о јавним набавкама, извршио оцјену испуњености процесних претпоставки за изјављивање жалбе. У том погледу уговорни орган сматра да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица и лица које има активну легитимацију.

Уговорни орган је пажљиво и свеобухватно приступио разматрању и одлучивању о жалби, поновно извршио анализу понуда и утврдио сљедеће:

1. Да се у достављеном каталогу за ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm у понуди понуђача **Pro-ten medical д.о.о. Грачаница**, страна 33 понуде, налази фотографија модела стаплера који не одговара опису ни означеном каталожком броју понуђеног модела. Изабрани понуђач је понудио модел каталожког броја АКYZXA-30Н, док је на приложеном каталогу фотографија стаплера који одговара једном од модела АКYZXB. Јасна разлика између понуђеног модела и модела приказаног на приложеном каталогу лако се може уочити на званичној-веб страници произвођача, <http://www.cak-medical.com/index.php>. На званичној-веб страници се јасно види да је код понуђеног модела каталожки број АКYZXA у питању бијели стаплер са краћом фиксном ручком без ручице за ослобађање. Фотографија овог модела не постоји у понуди изабраног понуђача, већ се у истој налази фотографија модела каталожког броја АКYZXB-45, црни модел са дужом фиксном ручком и са ручицом за ослобађање. На тај начин је Уговорни орган не може са сигурношћу утврдити који модел стаплера понуђач заправо нуди.

2. Да за ЛОТ 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm понуђач **Rauche medical д.о.о. Мостар** није доказао да роба коју је понудио испуњава минималне техничке карактеристике прописане тендерском документацијом. У приложеном каталогу Rauche medical д.о.о. Мостар, страна 61-62 понуде, за ставку број 1., сем захтјеване дужине од 30mm и висине отворене стапле од 4,8mm, није достављен доказ за друге тражене карактеристике (зелена боја пуњења, за дебље ткиво, 2 реда титанијумских степли, висина затворене степле 2.0mm, број степли11). Поред тога за ставку број 2. сем захтјеване дужине од 30mm није достављен доказ за друге тражене карактеристике (зелена боја пуњења, за дебље ткиво, 2 реда степли, висина затворене степле 2.0mm, број степли11).

3. Да за ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење у достављеном каталогу, страна 20-27 понуде, понуђача **Pro-ten medical д.о.о. Грачаница** нису назначене тражене карактеристике робе те Уговорни орган не може са сигурношћу утврдити да ли понуђена роба посједује захтјеване техничке карактеристике. Каталог који је приложио изабрани понуђач не доказује да посједује пуњење са три реда кламфица различитих величина како је предвиђено ставком под бројем 1. у Анексу 2. Доказ за наведену карактеристику се чак не може наћи ни у каталозима произвођача понуђене робе јавно доступним на интернету. Из каталога изабраног понуђача Pro-ten medical д.о.о. Грачаница видљиво да је понудио само три реда кламфица истих величина (3.5) што није у складу са техничком спецификацијом тендерске документације.

4. Да за ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење другорангирани понуђач **Rauche medical д.о.о. Мостар** нигдје у својој понуди није доставио доказ да понуђена роба посједује пуњења са три реда кламфица различитих величина. Поред тога иако је под ставком под бројем 2. у Анексу 2 захтјевано пуњење са кламфицама за стандардно ткиво, у понуди другорангираног понуђача из приложеног каталога се јасно

види да нуди спајаче за средње дебело/дебело ткиво, како је понуђач сам обиљежио, што је у супротности са траженим (страна 93-94 понуде).

Напријед наведене околности указују да ни изабрани понуђач Pro-ten medical д.о.о. Грачаница а ни другорангирани Rauche medical д.о.о. Мостар нису приложили доказ да роба коју нуде испуњава минималне техничке карактеристике прописане тендерском документацијом те се предметне понуде одбацују као неправилне за Лот 2: Линеарни стаплер 30mm и пуњење за линеарни стаплер од 30mm и Лот 15. Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење.

Жалба понуђача Medicom д.о.о. Бијељина је основана у цјелости.

Жалба понуђача Rauche medical д.о.о. Мостар је основана је у дијелу који се односи на поништење Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: 1006-8/24 од 21.05.2024. године за ЛОТ 15: Ендоскопски линеарни стаплер и припадајуће пуњење којом је као најповољнији понуђач изабран Pro-ten medical д.о.о. Грачаница у осталом дијелу Жалба је неоснована.

Чланом 68. став 1) Закона о јавним набавкама БиХ прописано је да уговорни одбацује захтјев за учешће или понуду, ако кандидат/понуђач није доставио тражене доказе или је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ испуњења услова из члана од 45. до члана 51. Закона о јавним набавкама БиХ.

Имајући у виду да је понуда прворангираног и другорангираног понуђача неправилна, из наведених разлога, уговорни орган је у складу са одредбама члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ, одлучио као у диспозитиву Одлуке.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ**

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.



Директор

Иван Поповић

#### **Доставити:**

- Pro-ten medical д.о.о. Грачаница
- Paroco-b medical equipment д.о.о. Бања Лука
- Plus Medical д.о.о. Тузла
- Medical д.о.о. Мостар
- Medical Partners д.о.о. Тузла
- Rauche medical д.о.о. Мостар
- Medicom д.о.о. Бијељина
- а/а